



חטיבת הרפואה
האגף לבריאות השן
Division of Dental Health

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ"ג בחשון, התשע"ט
01 נובמבר 2018
סימוכין: 430292218

לכבוד רופאי השיניים

הנדון: הודעה על הפסקת שימוש ב- AlphaBio - Bioactive Bone 2g

התבקשנו על ידי אגף מכשור וציוד רפואי (אמ"ר) לפרסם את ההודעה הבאה:
"לאחרונה התקבלו מספר דיווחים על פגם בתחליף עצם מחברת אלפא ביו Bioactive Bone באריזות של 2g.

יש להפסיק את השימוש במוצר.
במידה ונעשה שימוש בשנה אחרונה במוצר יש לבדוק קלינית את המטופלים.

באם ישנה בעיה במצב של המושתלים, התגבשות החומר, יצירת העצם או בעיה אחרת יש לדווח למשרד הבריאות - במייל: Call.habriut@moh.health.gov.il, טלפון: *5400, או פקס 02-5655995.

בכבוד רב,

האגף לבריאות השן