



תאריך: 16.08.2017
מספרנו: 23-17-0720

אל :
יבואני משאבות חלב

נבקש להביא לידיעתכם על עדכון בהליך שחרור של משאבות חלב. החל מחודש אוגוסט 2017 משאבות חלב ייבדקו להתאמה ל- 3 התקנים הרשמיים הישימים למוצר, כדלקמן:

- ת"י 60601 : עבור המשאבה – בדיקת ציוד רפואי.
- ת"י 5817 חלקים 1, 2: עבור בקבוקים ופטמות.
- מצ"ב רשימת תקנים בין לאומיים עליהם מבוסס התקן הישראלי.

CHIKD USE CARE ARTICLES-DRINKING EQUIPMENT: GENERAL AND MECHANICAL REQUIREMENTS AND TESTS	EN 14350-1 2004	ת"י 5817-1.0
CHILD USE AND CARE ARTICLES-DRINKING EQUIPMENT: CHEMICAL REQUIREMENTS AND TESTS	EN 14350-2 2004	ת"י 5817-2.0

- ת"י 5113: עבור רכיבי הפלסטיק הבאים במגע ישיר עם החלב.
- מצ"ב רשימת תקנים בין לאומיים עליהם מבוסס התקן הישראלי.

PLASTIC MATERIALS AND PLASTIC ARTICLES IN CONTACT WITH FOOD AND BEVERAGES	EU 1935 2004 FDA 21 CFR	ת"י 5113-0.0
---	----------------------------	--------------

הליך שחרור המשלוחים יבוצע בהתאם למשטר הבדיקות שנקבע עבור התקנים הנ"ל.

מאחר והבדיקות הכימיות (הבריאותיות) הינן בהתאם לחומרי הגלם הן של הבקבוק והפטמה והן של הרכיבים הבאים במגע עם המזון (צנרת, מיכל אגירה, וכו'), יש צורך לספק הצהרת יצרן לגבי הרכב חומרי הגלם והתאמתם למגע עם מזון.

כמו כן, כחלק ממסלולי הקלות, ניתן להגיש תעודות מאחת מהמעבדות מחו"ל עימן יש למכון הסכם הכרה. מידע מפורט לגבי המעבדות ניתן למצוא באתר המכון/שירותי ליבואנים/מסלולי הקלות/הסכמי הכרה.

לבידור נוסף לגבי ת"י 60601 ניתן לפנות למרכז שירות ליבואן של המעבדה לאלקטרוניקה וחשמל.
לבידור נוסף לגבי ת"י 5817 ות"י 5113 ניתן לפנות למרכז שירות ליבואן של המעבדה לכימיה וטקסטיל.

חבה משה
מ"מ ראש ענף ציה-משך אלק'